


SAD 9000 CHK

EQUIPO PARA ENSAYO DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
SEGÚN NORMA IEC 60335-1



Tiempo de Crecimiento



Tiempo de Decrecimiento



ESPECIFICACIONES

Ensayo de sobretensiones transitorias según norma **IEC 60335-1**

La tensión del ensayo de impulso tiene una forma de onda a circuito abierto correspondiente al impulso normalizado 1,2/50 μ s especificado en la norma **IEC 61180-1**.

Vout: **4kv**

