



SAD 9000 IMP

EQUIPO PARA ENSAYO DE IMPULSOS
SEGÚN NORMA IEC 60065 10/700



Tiempo
Carga



Tiempo
Descarga

ESPECIFICACIONES

Norma de referencia: **IEC 60065 (2001) Anexo K**

Rampa: Tiempo de Carga: 10 μ s
Tiempo de Descarga: 700 μ s

TENSIÓN PROGRAMABLE ENTRE 500 Y 3000 V



www.laboratorioconsultar.com
laboratorio@consultar.org